

### CV nenoteiktības 2021. gadā

Testa nosaukums	Iekārta	Vidējie CV%			Pieļaujamais kopējais CV%*
		Vidējie	Augstie	Zemie	
<b>Hematoloģija</b>					
Hemoglobīns	Sysmex XT-1800i	0.8	0.6	1.2	5
Eritrocīti	Sysmex XT-1800i	0.7	1.5	0.8	5
Hematokrīts	Sysmex XT-1800i	1.0	0.9	1.0	5
MCV	Sysmex XT-1800i	0.7	0.6	0.6	5
MCH	Sysmex XT-1800i	0.9	0.8	1.2	5
MCHC	Sysmex XT-1800i	1.2	0.9	1.3	5
Trombocīti	Sysmex XT-1800i	2.4	2.0	4.5	15
Leikocīti	Sysmex XT-1800i	1.6	1.4	2.5	10
Neitrofilie	Sysmex XT-1800i	2.6	2.4	3.3	10
Limfocīti	Sysmex XT-1800i	3.7	3.4	5.9	10
Monocīti	Sysmex XT-1800i	9.5	8.4	11.8	30
Eozinofīlie	Sysmex XT-1800i	7.9	7.0	8.2	30
Bazofīlie	Sysmex XT-1800i	2.0	1.5	3.1	10
EGĀ	Sediplus	13.1	12.1	-	30
<b>Imūnķīmija</b>					
TSH	Cobas e 411	2.9	2.6	-	12
FT4	Cobas e 411	2.6	3.5	-	12
FT3	Cobas e 411	2.8	3.0	-	12
Anti-TPO	Cobas e 411	9.2	7.3	-	20
Ferritīns	Cobas e 411	4.3	4.0	-	15
PSA	Cobas e 411	4.0	4.6	-	20
Vitamīns D kop.	Cobas e 411	10.8	8.3	-	25
CRO	Cobas Integra 400 Plus	2.0	1.8	-	15
ASO	Cobas Integra 400 Plus	3.5	2.8	-	20
RF	Cobas Integra 400 Plus	4.1	2.4	-	20
<b>Klīniskā ķīmija</b>					
Albumīns	Cobas Integra 400 Plus	1.5	1.3	-	5
Kop. olbaltums	Cobas Integra 400 Plus	1.8	1.5	-	5
ALAT	Cobas Integra 400 Plus	1.7	1.2	-	12
ASAT	Cobas Integra 400 Plus	1.8	1.6	-	12
CK	Cobas Integra 400 Plus	2.4	1.8	-	12
LDH	Cobas Integra 400 Plus	1.8	1.6	-	12
Holesterīns	Cobas Integra 400 Plus	1.8	1.4	-	5
Triglicerīdi	Cobas Integra 400 Plus	1.6	1.0	-	15
LDL-holesterīns	Cobas Integra 400 Plus	1.7	1.8	-	10
HDL-holesterīns	Cobas Integra 400 Plus	1.6	1.4	-	10
Glikoze	Cobas Integra 400 Plus	1.5	1.3	-	6
Sārmainā fosfat.	Cobas Integra 400 Plus	4.8	4.4	-	12
Amilāze	Cobas Integra 400 Plus	1.9	1.8	-	12
Lipāze	Cobas Integra 400 Plus	2.7	3.2	-	12

SIA „Ludzas medicīnas centrs” Klīniskā laboratorija	CV nenoteiktības	VL-Kv-04 1(2) 1.Versija
Izstrādāja: L.Broka Amats: laboratorijas vadītāja		Apstiprinu: L.Broka Datums: 15.03.2016.

GGT	Cobas Integra 400 Plus	1.9	1.3	-	22
Urea	Cobas Integra 400 Plus	3.7	2.7	-	10
Kreatinīns	Cobas Integra 400 Plus	4.2	4.1	-	8
Urīnskābe	Cobas Integra 400 Plus	1.5	1.1	-	8
Bilirubīns kop.	Cobas Integra 400 Plus	4.0	4.1	-	12
Bilirubīns tiešais	Cobas Integra 400 Plus	4.3	4.5	-	12
Kalcijs	Cobas Integra 400 Plus	1.8	1.7	-	3
Magnijs	Cobas Integra 400 Plus	1.8	1.6	-	6
Fosfors	Cobas Integra 400 Plus	1.4	1.1	-	6
Kālijs	Cobas Integra 400 Plus	1.8	1.3	-	4
Nātrijs	Cobas Integra 400 Plus	1.5	1.0	-	2
Etilalkohols	Cobas Integra 400 Plus	5.16	-	-	10
HbA1c	Cobas Integra 400 Plus	2.6	3.2	-	10
Albumīns urīnā	Cobas Integra 400 Plus	7.5	-	-	46
Protrombīns	Sysmex CA 500	5.5	4.3	-	15
APTL	Sysmex CA 500	1.8	1.9	-	15
D-dimēri	Cobas Integra 400 Plus	3.4	2.5	-	15

\*Pieļaujamās nenoteiktības norādītas starptautiskajā starplaboratoriju salīdzinošās izmeklēšanas programmā Labquality (Somija)

Laboratorijas vadītāja L.Broka

19/04/2022

SIA „Ludzas medicīnas centrs” Klīniskā laboratorija	CV nenoteiktības	VL-Kv-04 2(2) 1.Versija
Izstrādāja: L.Broka Amats: laboratorijas vadītāja		Apstiprinu: L.Broka Datums: 15.03.2016.